

Project : FT-IR Aalterpaint tbv TenneT
Opdrachtgever : Aalterpaint BV
Datum : 22-06-2026

Rapportnummer : r009v01
Betreft : Fingerprint

OPDRACHT

Nebest COT B.V. heeft opdracht gekregen om een identificatie uit te voeren van een monster Aquazinc MIOX 3284 Fabricatienr. F2601563.
Wij ontvingen dit monster op 18-06-2026.

ONDERZOEK

Het onderzoek is als volgt uitgevoerd:
Het infraroodspectrum is opgenomen met behulp van een Perkin Elmer Spectrum Two FT-IR Spectrometer.
Het infraroodspectrum is vergeleken met het infraroodspectrum van Aquazinc MIOX 3284 nr. C227304 (zie ons rapport p54509-300906).

RESULTATEN

De infraroodspectra zijn opgenomen in bijlage 1.

CONCLUSIE

Het infraroodspectrum van het Aquazinc MIOX 3284 Fabricatienr. F2601563 vertoont grote overeenkomsten met de infrarood spectra van C-nr. C227304. Hieruit mag worden geconcludeerd dat beide verven vrijwel identiek zijn.

Autorisatie:

Auteur

Vrijgave




M.P. de Haan




M. Walrave



BIJLAGE



Spectra 1: Vergelijking droog C227304 F2601563



Spectra 2: Vergelijking nat C227304 F2601563

