

Project : FT-IR (Fingerprint) analyses Aalterpaint
(tbv TenneT)
Opdrachtgever : Aalterpaint BV
Datum : 09-09-2026

Rapportnummer : r013v01
Betreft : Fingerprint

OPDRACHT

Nebest COT B.V. heeft opdracht gekregen om een identificatie uit te voeren van een monster AQUAZINC MIOX 3284 RAL 7042 Fabricatienr. F2602298. Wij ontvingen dit monster op 03-09-2026.

ONDERZOEK

Het onderzoek is als volgt uitgevoerd:
Het infraroodspectrum is opgenomen met behulp van een Perkin Elmer Spectrum Two FT-IR Spectrometer.
Het infraroodspectrum is vergeleken met het infraroodspectrum van AQUAZINC MIOX 3284 RAL 7042 nr. C227307 (zie ons rapport L0359725005).

RESULTATEN

De infraroodspectra zijn opgenomen in bijlage 1.

CONCLUSIE

Het infraroodspectrum van het AQUAZINC MIOX 3284 RAL 7042 Fabricatienr. F2602298 vertoont grote overeenkomsten met de infrarood spectra van C-nr. C227307. Hieruit mag worden geconcludeerd dat beide verven vrijwel identiek zijn.

Autorisatie:

Auteur

Vrijgave




M.P. de Haan




M. Walrave



BIJLAGE



Spectra 1: Vergelijking droog C227307 F2602298



Spectra 2: Vergelijking nat C227307 F2602298



IBAN NL26 RABO 0347 1629 75 | BIC RABONL2U | BTW NL865166092B01 | KvK 89961951